

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441581-2023-02995**

采购项目编号：**GZYL23HG072385**

项目名称：陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)

采购人：陆丰市中医医院

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司

第一章 投标邀请

广州宜立工程管理有限公司受陆丰市中医医院的委托，采用公开招标方式组织采购陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)

采购计划编号：441581-2023-02995

采购项目编号：GZYL23HG072385

采购方式：公开招标

预算金额：2,400,100.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)):

采购包预算金额：2,400,100.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	其他医疗设备	低温等离子体多功能手术系统	1.00(台)	详见第二章	264,000.00	否
1-2	其他医疗设备	深层肌肉按摩仪	1.00(台)	详见第二章	89,000.00	否
1-3	其他医疗设备	关节康复器（上下肢主被动）	1.00(台)	详见第二章	87,000.00	否
1-4	其他医疗设备	多功能关节康复器（下肢反馈康复训练系统）	1.00(台)	详见第二章	320,000.00	否
1-5	其他医疗设备	空气压力循环治疗仪	1.00(台)	详见第二章	57,000.00	否
1-6	其他医疗设备	多功能牵引床（四维牵引）	1.00(台)	详见第二章	68,000.00	否
1-7	其他医疗设备	立体动态干扰电治疗仪	1.00(台)	详见第二章	123,700.00	否
1-8	其他医疗设备	刨削动力系统	1.00(台)	详见第二章	278,400.00	否
1-9	其他医疗设备	上肢综合训练系统	1.00(台)	详见第二章	87,000.00	否
1-10	其他医疗设备	（触摸屏款）体外冲击波治疗仪	1.00(台)	详见第二章	462,000.00	否
1-11	其他医疗设备	骨科电动液压外科手术牵引床	1.00(张)	详见第二章	564,000.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后90天完成项目安装调试及验收。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：参照投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。或提供《政府采

购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)）：要求合同分包给中小企业，且分包中中小企业达到40.0%。本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物和服务由符合政策要求的中小企业提供预留份额通过以下措施进行，投标人（投标人的企业规模以投标人所投货物或服务制造商的企业规模来核定）可选择以下其中一种方式参与：①投标人不属于中小企业的，必须将本项目适宜分包内容（分包部分不低于合同金额的40%）分包给一家或者多家具备实施能力的中小企业；②投标人属于中小企业的，是否采取分包不作强制要求；注：提供上述比例全部货物和服务的制造商的《中小企业声明函》或由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的上述比例的制造商属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。如投标人不属于中小企业的，还需提供承诺函（承诺函格式可参考附件或格式自拟）。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3) 《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规的相关规定的相关要求：1) 投标人为生产企业：提供所投设备的食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；2) 投标人为非生产企业：提供所投设备的食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》扫描件；3) 提供所投设备的食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》或备案证明扫描件。

4) 本项目不允许采购进口产品，不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广州宜立工程管理有限公司官网（<http://www.gzylzbd.com>）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：陆丰市中医医院

地址：汕尾市陆丰市东海镇建设路

联系方式：姜先生06608883233

2.采购代理机构信息

名称：广州宜立工程管理有限公司

地址：广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦18楼

联系方式：020-83176899

3.项目联系方式

项目联系人：钟小姐

电话：020-83176899

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广州宜立工程管理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

项目编号：GZYL23HG072385

项目名称：陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)

预算金额（元）：2,400,100.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.标的名称、数量及技术需求或服务要求等：详见采购需求；

2.项目属性：货物；

3.品目类别：其他医疗设备

4.最高限价：2,400,100.00元

5.落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）等。本项目要求合同分包预留份额中小企业采购。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。

本项目不接受联合体投标。

合同履行期限：自合同签订后90天完成项目安装调试及验收。

采购包1（陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订后90天完成项目安装调试及验收。
标的提供的地点	采购人（用户）指定地点。（具体以签订合同为准）
付款方式	1期：支付比例30%，（1）合同签订后5个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，同时中标人应提供有效等额的发票给采购人； 2期：支付比例70%，（2）设备安装、调试及验收合格后，中标人提供有效的等额发票后15内支付剩余的合同金额。（3）因采购人使用的是财政资金，采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

验收要求	1期：（1）中标人在设备安装调试完成后提出验收申请，采购人在收到中标人提出的验收申请后7日内组织履约验收。（2）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。（3）验收工作由采购人组织。中标人负责安装、调试货物并使之达到合同要求。（4）“验收合格”是指：1）中标设备必须达到生产厂家的性能指标、满足采购需求要求及投标文件响应的情况；2）已提交合同货物的有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术资料（包括说明书、图纸、手册）等。如果中标人没有按以上要求，把所有资料交给采购人，采购人有权在相应的付款时间段推迟付款，直至中标人把所有资料交给采购人。（5）如果中标设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证中标设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。（6）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地市场监督管理部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
履约保证金	不收取

其他	（一）报价要求，报价应包括但不限于供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输费用及保险、调试、培训、质保期服务、售后服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由投标人自行承担，采购人将不再另行支付任何费用。 （二）货物要求，（1）投标人应提供制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量及性能应与投标文件中响应情况一致。（3）设备外观清洁，标记编号清晰、明确。（4）对于影响设备正常工作的必须组成部分，无论在技术需求中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。（5）中标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），应按原价提供满足采购人使用的设备，否则按违约处理。（6）在本项目实施之前，中标人必须以书面形式提供本项目的设计实施方案，并经双方讨论确认方案。采购人不安排、不解决中标人实施人员的食宿问题，由中标人自行负责，费用已包含在投标报价内。 （三）供货要求，货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （四）包装、保险及发运、保管要求，（1）设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。（2）中标人负责设备材料到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。（3）各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。（4）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。（5）货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。（6）设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。 （五）质保期及售后服务要求，（1）质量保证期一年（简称“质保期”），质保期内中标人对所供货物实行包修及包维护保养。（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。（3）质保期内，按产品出厂规定内容进行保质保修，否则提供不低于故障设备性能的备用机供采购人使用。
----	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	技术要求
1		其他医疗设备	低温等离子体多功能手术系统	台	1.00	264,000.00	264,000.00	工业	详见附表一
2		其他医疗设备	深层肌肉按摩仪	台	1.00	89,000.00	89,000.00	工业	详见附表二
3		其他医疗设备	关节康复器（上下肢主被动）	台	1.00	87,000.00	87,000.00	工业	详见附表三
4		其他医疗设备	多功能关节康复器（下肢反馈康复训练系统）	台	1.00	320,000.00	320,000.00	工业	详见附表四
5		其他医疗设备	空气压力循环治疗仪	台	1.00	57,000.00	57,000.00	工业	详见附表五
6		其他医疗设备	多功能牵引床（四维牵引）	台	1.00	68,000.00	68,000.00	工业	详见附表六
7		其他医疗设备	立体动态干扰电治疗仪	台	1.00	123,700.00	123,700.00	工业	详见附表七
8		其他医疗设备	刨削动力系统	台	1.00	278,400.00	278,400.00	工业	详见附表八
9		其他医疗设备	上肢综合训练系统	台	1.00	87,000.00	87,000.00	工业	详见附表九
10		其他医疗设备	（触摸屏款）体外冲击波治疗仪	台	1.00	462,000.00	462,000.00	工业	详见附表一十
11	△	其他医疗设备	骨科电动液压外科手术牵引床	张	1.00	564,000.00	564,000.00	工业	详见附表一十一

附表一：低温等离子体多功能手术系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.主机与等离子体手术刀头须同一个生产厂家。 2.临床适用范围： （1）适用于对软组织进行汽化、切割、消融、凝血、剥离等外科手术。 （2）能与以下手术配合使用：盘源性颈椎等离子消融术、汽化术，腰椎间盘突出低温等离子汽化打孔消融术，侧路、后路靶点减压术、神经阻滞、调制、毁损术。 （3）脊柱全内镜下手术：镜下汽化、消融、止血术。 （4）膝关节手术：镜下半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术；肩关节手术：镜下肩峰下减压、冻结肩松解、肌腱清理。腕肘踝手术：镜下腕三角纤维软骨复合体、韧带肌腱热凝术、关节软骨成形术、肌肌腱打孔。 （5）可以配合脊柱UBE手术使用：椎管外的镜下软组织切割、止血、消融，椎管内的止血及髓核消融。 3.主机的参数 （1）主机工作时可在界面精准显示临床所需工作能量大小，可显示主机的功率大小。 （2）主机采用全智能数字控制电路，须具备以下功能： ①主机工作可显示工作能量输出状态。 ②消融全时实施数字智能化程序控制。 ③具有各种手术刀头识别和保护功能。 （3）具有自动检测刀头和附件连接功能。 （4）具有故障自动检测显示和报警声音提示。 （5）治疗温度：低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。消融温度：40～53℃，止血温度：40～58℃，切割温度：40～70℃。 （6）使用双脚踏控制消融、止血、切割、剥离手术。 （7）双极或多极设计，不用负极板。 （8）声音可调节大小，主机带有操作失误报警功能。 4.等离子体手术刀头性能参数： （1）刀头具有脊椎相关的专利技术。 （2）刀头采用合金钛钢耐磨材料，激光焊接技术,不易脱落。 （3）刀头种类多，有可弯曲刀头、颈椎消融刀头、腰椎打孔消融刀头、后路靶点刀头、侧路靶点刀头、孔镜汽化修复止血刀头，关节直面刀头，弯面刀头，斜面刀头等可供选择。 5.配置清单（包括但不限于以下要求）： <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>规格尺寸</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>低温等离子体多功能手术系统</td><td>台式</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>双功能脚踏控制板</td><td>防水 IP×8级</td><td>1</td><td>只</td></tr><tr><td>3</td><td>等离子体手术刀头（射频电极/消融电极）</td><td>/</td><td>1</td><td>把</td></tr></table>	序号	名称	规格尺寸	数量	单位	1	低温等离子体多功能手术系统	台式	1	台	2	双功能脚踏控制板	防水 IP×8级	1	只	3	等离子体手术刀头（射频电极/消融电极）	/	1	把
序号	名称	规格尺寸	数量	单位																		
1	低温等离子体多功能手术系统	台式	1	台																		
2	双功能脚踏控制板	防水 IP×8级	1	只																		
3	等离子体手术刀头（射频电极/消融电极）	/	1	把																		
▲	2	主机的参数：主机界面采用一体化全触屏式智能操作，7.0英寸LCD液晶显示屏；																				
▲	3	主机的参数：触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤300W；																				
▲	4	等离子体手术刀头性能参数：刀头有单独的注册证，产品名称含有消融电极字样；																				
▲	5	等离子体手术刀头性能参数：有直达靶点的可自由弯曲的刀头可供选择。																				

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
----	---

附表二：深层肌肉按摩仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																	
	1	1.用途：应用深层肌肉按摩器来减轻从轻度到中度的疼痛。 2.特点：设备使用方便，减轻疼痛。多种治疗头治疗区域和疼痛范围广。 3.使用电源：AC220V，50Hz； 4.额定输入功率：150w； 5.外形尺寸约：425mmx486mmx1050mm； 6.转速：0~4300rpm； 7.调节方式：连续可调，且随着转速提升，治疗头下方红光灯亮起。 8.深层肌肉按摩仪装箱单（包括但不限于以下要求） <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>按摩仪主机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr> <td>按摩治疗头</td><td>7只</td><td>A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型各一只</td></tr> <tr> <td>支架</td><td>1套</td><td></td></tr> <tr> <td>电源线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr> <td>适配器</td><td>1只</td><td></td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1本</td><td></td></tr> <tr> <td>合格证</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr> <td>售后服务保修单</td><td>1张</td><td></td></tr> <tr> <td>安装培训记录单</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr> <td>公司证件</td><td>1份</td><td></td></tr> </tbody> </table>	名称	数量	备注	按摩仪主机	1台		按摩治疗头	7只	A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型各一只	支架	1套		电源线	1根		适配器	1只		使用说明书	1本		合格证	1个		售后服务保修单	1张		安装培训记录单	1份		公司证件	1份	
名称	数量	备注																																	
按摩仪主机	1台																																		
按摩治疗头	7只	A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型各一只																																	
支架	1套																																		
电源线	1根																																		
适配器	1只																																		
使用说明书	1本																																		
合格证	1个																																		
售后服务保修单	1张																																		
安装培训记录单	1份																																		
公司证件	1份																																		
★	2	升降范围：80mm—1050mm，允差：±5%；																																	
★	3	配置7个治疗头，治疗头尺寸，允差：±5%： 治疗头 A：长宽高约：200mm×70mm×60mm； 治疗头 B：直径约：85mm 高约：40mm； 治疗头 C：直径约：100mm 高约：20mm； 治疗头 D：直径约：100mm 高约：30mm； 治疗头 E：长×宽×高约：205mm×205mm×40mm； 治疗头 F：长×宽×高约：220mm×65mm×50mm； 治疗头 G：直径约：60mm，高约：100mm。																																	
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。																																	

附表三：关节康复器（上下肢主被动）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																	
	1	1.电源：220V±22V，50Hz±1Hz； 2.环境温度：10℃～40℃； 3.相对湿度：30%～75%； 4.大气压力：700 hPa～1060 hPa； 5.额定输入功率：800VA； 6.外形尺寸约：65cm×75cm×115-125cm； 7.运行速度调节范围：0-60r/min； 8.运行时间：2-120min可调，级差1min； 9.痉挛力量：无、小、中、大可调； 10.电机输出功率：高、中、低三档可调； 11.高度调节范围：100mm±10%； 12.8英寸触摸屏使设置更方便； 13.显示屏调节≥330度旋转； 14.微电脑控制转速、时间、并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护作用； 15.具备自动防肌肉痉挛控制功能； 16.配有康复固定手套，便于患者手部的固定； 17.有脚踏按键，方便患者脚部放在脚踏板上固定； 18.腿部支架可调，确保患者在运动训练中保持正确的姿势； 19.有主动和被动两种运动模式； 20.有上肢和下肢两种训练方式； 21.上肢训练组件可180°旋转。 22.关节康复器装箱单（包括但不限于以下要求） <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr> <td>电源线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr> <td>熔断器</td><td>4只</td><td>F5AL 250V，Φ5×20mm</td></tr> <tr> <td>手部固定绑带</td><td>2付</td><td></td></tr> <tr> <td>合格证</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1本</td><td></td></tr> <tr> <td>售后服务保修单</td><td>1张</td><td></td></tr> <tr> <td>安装培训记录单</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr> <td>公司证件及注册证</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr> <td>快速操作指南</td><td>1份</td><td>粘钩和扎带各一只</td></tr> </tbody> </table>	名称	数量	备注	主机	1台		电源线	1根		熔断器	4只	F5AL 250V，Φ5×20mm	手部固定绑带	2付		合格证	1个		使用说明书	1本		售后服务保修单	1张		安装培训记录单	1份		公司证件及注册证	1份		快速操作指南	1份	粘钩和扎带各一只
名称	数量	备注																																	
主机	1台																																		
电源线	1根																																		
熔断器	4只	F5AL 250V，Φ5×20mm																																	
手部固定绑带	2付																																		
合格证	1个																																		
使用说明书	1本																																		
售后服务保修单	1张																																		
安装培训记录单	1份																																		
公司证件及注册证	1份																																		
快速操作指南	1份	粘钩和扎带各一只																																	
★	2	运行速度：1～9档可调；																																	
★	3	痉挛模式：变向、固定可调；																																	
★	4	运行方向：正向、逆向可选，可选固定、1min、2min、3min换向；																																	
★	5	阻力力矩调节范围：0-20Nm，分20档内可调，极差1Nm；																																	

★	6	具有评估功能：训练结束后能显示训练时间，主动时间、被动时间、距离、痉挛次数、卡路里等；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表四：多功能关节康复器（下肢反馈康复训练系统）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.操作系统：windows CE； 2.驱动装置：2个伺服系统，5个直线电机 3.伸缩电机控制：JC配套电源盒，5输出端口； 4.训练驱动模式：可进行双下肢或单侧运动，模拟人体步行曲线函数； 5.痉挛灵敏度调节：10~150Nm，单位1/4Nm； 6.痉挛维持间歇时间：10~120s，级差1s； 7.出现痉挛随意运动解除痉挛； 8.主动、被动及主被动可同时进行，根据患者情况自动切换模式； 9.具有设定跟踪模式和评估模式的功能； 10.语音生物反馈真人发音； 11.起立角度：0~90°，点动操作； 12.踏步角度：分0-50档可调，每档0.6°，范围-5°~+25°； 13.踏步速度：20~80步/min，级差1步； 14.治疗时间：1~99min，级差1min， 15.踏板可调范围：0~150mm； 16.床面升降范围：520mm~800mm； 17.安全保护装置：300kg，40mm/s阻尼器； 18.电动减重调节范围：0~150mm； 19.配备肩部吊带保护功能； 23.配备紧急制动按钮； 24.运行时的噪声不大于65dB(A)； 25.多功能关节康复器装箱单（包括但不限于以下要求）

		<table> <tr><th>名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr> <tr><td>主机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr><td>使用说明书</td><td>1本</td><td></td></tr> <tr><td>合格证</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr><td>售后服务保修单</td><td>1张</td><td></td></tr> <tr><td>安装培训记录单</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr><td>公司证件及注册证</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr><td>减重腰围</td><td>1付</td><td></td></tr> <tr><td>熔断器</td><td>4只</td><td>F8AL 250V, Φ5×20mm</td></tr> <tr><td>电源线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr><td>快速操作指南</td><td>1份</td><td>扎带和粘钩各一</td></tr> </table>	名称	数量	备注	主机	1台		使用说明书	1本		合格证	1个		售后服务保修单	1张		安装培训记录单	1份		公司证件及注册证	1份		减重腰围	1付		熔断器	4只	F8AL 250V, Φ5×20mm	电源线	1根		快速操作指南	1份	扎带和粘钩各一												
名称	数量	备注																																													
主机	1台																																														
使用说明书	1本																																														
合格证	1个																																														
售后服务保修单	1张																																														
安装培训记录单	1份																																														
公司证件及注册证	1份																																														
减重腰围	1付																																														
熔断器	4只	F8AL 250V, Φ5×20mm																																													
电源线	1根																																														
快速操作指南	1份	扎带和粘钩各一																																													
		26.情景互动训练系统（带无线VR）装箱单（包括但不限于以下要求）																																													
		<table> <tr><th>名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr> <tr><td>电脑主机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr><td>键盘</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr><td>鼠标</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr><td>不小于55寸4K电视机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr><td>电视机移动支架</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr><td>USB4.0蓝牙适配器</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr><td>头戴式设备及连接线</td><td>1套</td><td></td></tr> <tr><td>操控手柄</td><td>1套</td><td></td></tr> <tr><td>无线串流盒</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr><td>USB3.0连接线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr><td>VIVE专用3合1短连接线</td><td>1套</td><td></td></tr> <tr><td>DisplayPort连接线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr><td>移动电源</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr><td>移动电源充电线</td><td>1根</td><td></td></tr> </table>	名称	数量	备注	电脑主机	1台		键盘	1个		鼠标	1个		不小于55寸4K电视机	1台		电视机移动支架	1台		USB4.0蓝牙适配器	1个		头戴式设备及连接线	1套		操控手柄	1套		无线串流盒	1个		USB3.0连接线	1根		VIVE专用3合1短连接线	1套		DisplayPort连接线	1根		移动电源	1个		移动电源充电线	1根	
名称	数量	备注																																													
电脑主机	1台																																														
键盘	1个																																														
鼠标	1个																																														
不小于55寸4K电视机	1台																																														
电视机移动支架	1台																																														
USB4.0蓝牙适配器	1个																																														
头戴式设备及连接线	1套																																														
操控手柄	1套																																														
无线串流盒	1个																																														
USB3.0连接线	1根																																														
VIVE专用3合1短连接线	1套																																														
DisplayPort连接线	1根																																														
移动电源	1个																																														
移动电源充电线	1根																																														
▲	2	屏幕：15英寸彩色触摸屏；																																													
★	3	前倾角度：0°~20°，后倾角度：0°~13°，点动操作；																																													
★	4	脚踏板上下活动角度：-20°~+15°																																													
★	5	可选配无线情景互动训练系统，具有多种游戏场景、训练模式以及AI智能陪练，增强训练的乐趣。																																													
★	6	可选配无线VR训练系统；可无线连接，简化操作流程，使用方便；VR使训练者可以身临其境，产生沉浸感，通过声音、画面全面影响训练气氛和氛围，增强训练的积极性。																																													
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。																																														

附表五：空气压力循环治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																												
	1	1.环境温度：5℃-40℃； 2.相对湿度：不大于80%； 3.大气压力：700hPa~1060hPa； 4.使用电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz； 5.工作方式：连续工作； 6.额定输入功率：75VA； 7.定时范围1min~99min连续可调，级差1min； 8.在最大压力工作状态下，密闭气路10s，压力损失≤4kPa； 9.输出模式：8种； 10.循环周期时间120s-360s； 11.八腔叠加气囊设计，肢体各部位均可受到压力且无死角； 12.气囊：PU材质，模具热合而成，具有气密性且耐用； 13.充气气囊可组合使用，可单独使用一个气囊，也可连接2个气囊同时使用； 14.分体式主机和操作台设计，可单独使用，也可组合使用，灵活方便； 15.配置超静音脚轮，移动方便，无噪音； 16.外壳ABS材质，防火、防潮、防静电、耐磨、抗压、不易变形； 17.充气系统特殊减震处理，噪音低； 18.治疗仪设有应急停止按钮开关，点击后可停止充气并放气； 19.通过第三方质量监督检验中心EMC（电磁兼容）检测合格，不会对使用环境中其他医疗设备造成电磁干扰，确保医院其他医疗设备的正常、稳定运行。同时对医院的电磁干扰具备良好的抗扰能力，可在规定的电磁环境中稳定、良好的运行，对本机的治疗效果提供良好的保证。 20.空气压力循环治疗仪装箱单（包括但不限于以下要求） <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">充气管路</td><td>2条</td><td>一对一</td></tr> <tr> <td>2条</td><td>一分二</td></tr> <tr> <td>上肢气囊</td><td>1只</td><td>8腔</td></tr> <tr> <td>腰部气囊</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>下肢气囊</td><td>2只</td><td>8腔</td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1本</td><td></td></tr> <tr> <td>合格证</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr> <td>售后服务保修单</td><td>1张</td><td></td></tr> <tr> <td>熔断器</td><td>4只</td><td>F2AL 250V，Φ5×20mm</td></tr> <tr> <td>电源线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr> <td>安装培训记录单</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr> <td>快速操作指南</td><td>1份</td><td>粘钩和扎带各一只</td></tr> <tr> <td>公司证件及注册证</td><td>1份</td><td></td></tr> </tbody> </table>	名称	数量	备注	主机	1台		充气管路	2条	一对一	2条	一分二	上肢气囊	1只	8腔	腰部气囊	-		下肢气囊	2只	8腔	使用说明书	1本		合格证	1个		售后服务保修单	1张		熔断器	4只	F2AL 250V，Φ5×20mm	电源线	1根		安装培训记录单	1份		快速操作指南	1份	粘钩和扎带各一只	公司证件及注册证	1份	
名称	数量	备注																																												
主机	1台																																													
充气管路	2条	一对一																																												
	2条	一分二																																												
上肢气囊	1只	8腔																																												
腰部气囊	-																																													
下肢气囊	2只	8腔																																												
使用说明书	1本																																													
合格证	1个																																													
售后服务保修单	1张																																													
熔断器	4只	F2AL 250V，Φ5×20mm																																												
电源线	1根																																													
安装培训记录单	1份																																													
快速操作指南	1份	粘钩和扎带各一只																																												
公司证件及注册证	1份																																													

▲	2	显示：7寸高清(分辨率：1024*600)工业电容触摸屏，显示直观清晰；
★	3	压力设定范围：5kPa~25kPa, 级差1kPa, 允差±1kpa；
★	4	充气速度：由设定的压力自动调节，模式3和模式4循环间隔为30s，其他模式为连续循环；
★	5	触摸屏亮度可调节；
★	6	具有单腔压力独立设定功能；
★	7	双重保护措施，既可以断电自动泄压保护，也可手动一键释压保护；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表六：多功能牵引床（四维牵引）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz； 2.额定输入功率：240VA； 3.腰椎牵引行程：0~200mm，允差±10%； 4.腰椎牵引总时间：0~99min可设定，级差1min，允差为±30s； 5.牵引持续时间：0~9min可设定，级差1min，允差为±30s； 6.腰椎上下成角：-30°~+10°的范围内设定，级差1°，允差为±2°； 7.腰椎左右旋转：-25°~+25°的范围内设定，级差1°，允差为±2°； 8.腰椎左右平摆：-20°~+20°的范围内设定，级差1°，允差为±2°； 9.具有纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引、左右平摆牵引四维牵引功能； 10.上述功能可单独使用或组合使用； 11.独有的两套操作系统，一种是电脑配备操作软件，一种是数码显示板按键操作； 12.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能； 13.具有持续牵引、间歇牵引、上下阶梯式牵引及反复牵引等八种牵引模式； 14.具有手动应急放松安全保护功能； 15.独立的电脑显示操作台； 16.具有病历档案的存储功能； 17.配有可靠的测力传感器，在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化； 18.牵引床在运行时的噪声不大于60dB(A)。； 19.多功能牵引床装箱单（包括但不限于以下要求）

		<table> <tr> <th>名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr> <tr> <td>牵引床主机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1本</td><td></td></tr> <tr> <td>合格证</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr> <td>售后服务保修单</td><td>1张</td><td></td></tr> <tr> <td>熔断器</td><td>4只</td><td>F3AL 250V, $\Phi 5 \times 20\text{mm}$</td></tr> <tr> <td>熔断器</td><td>4只</td><td>F8AL 250V, $\Phi 5 \times 20\text{mm}$</td></tr> <tr> <td>电源线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr> <td>安装培训记录单</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr> <td>公司证件及注册证</td><td>1份</td><td></td></tr> <tr> <td>航空带扣</td><td>1只</td><td></td></tr> <tr> <td>电脑</td><td>1套</td><td></td></tr> <tr> <td>通讯连接线</td><td>1根</td><td></td></tr> </table>	名称	数量	备注	牵引床主机	1台		使用说明书	1本		合格证	1个		售后服务保修单	1张		熔断器	4只	F3AL 250V, $\Phi 5 \times 20\text{mm}$	熔断器	4只	F8AL 250V, $\Phi 5 \times 20\text{mm}$	电源线	1根		安装培训记录单	1份		公司证件及注册证	1份		航空带扣	1只		电脑	1套		通讯连接线	1根	
名称	数量	备注																																							
牵引床主机	1台																																								
使用说明书	1本																																								
合格证	1个																																								
售后服务保修单	1张																																								
熔断器	4只	F3AL 250V, $\Phi 5 \times 20\text{mm}$																																							
熔断器	4只	F8AL 250V, $\Phi 5 \times 20\text{mm}$																																							
电源线	1根																																								
安装培训记录单	1份																																								
公司证件及注册证	1份																																								
航空带扣	1只																																								
电脑	1套																																								
通讯连接线	1根																																								
★	2	<table> <tr> <td>电脑操作台</td><td>1台</td><td>腰椎牵引力: 0~980N (0~99kg) 可设定, 不大于200N时, 允差$\pm 10\%$; 200N~980N时, 允差$\pm 20\%$;</td></tr> <tr> <td>快速操作指南</td><td>1份</td><td>粘钩和扎带各一只</td></tr> </table>	电脑操作台	1台	腰椎牵引力: 0~980N (0~99kg) 可设定, 不大于200N时, 允差 $\pm 10\%$; 200N~980N时, 允差 $\pm 20\%$;	快速操作指南	1份	粘钩和扎带各一只																																	
电脑操作台	1台	腰椎牵引力: 0~980N (0~99kg) 可设定, 不大于200N时, 允差 $\pm 10\%$; 200N~980N时, 允差 $\pm 20\%$;																																							
快速操作指南	1份	粘钩和扎带各一只																																							
★	3	牵引间歇时间: 0~90s可设定, 级差10s, 允差为 $\pm 30\text{s}$;																																							
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。																																								

附表七：立体动态干扰电治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.基波：正弦波，4000Hz， 2.变频波：正弦波，频率变化范围3880Hz～4000Hz， 3.调制波：三角波，频率变化范围0.5Hz～120Hz， 4.差频频率变化范围：0Hz～120Hz， 5.差频变化周期：30s， 6.动态节律：4s～10s， 7.双路输出12个吸附式电极。 8.治疗时间6档可调，级差5分钟，使用方便。 9.治疗模式：手动模式+自动模式 9.1手动模式： a、调制信号最低频率设定范围：1Hz-99Hz b、调制信号最高频率设定范围：1Hz-120Hz c、调制信号频率范围：1Hz-120Hz 9.2自动模式：4种模式可调。 10.输出电流 50mA 11.噪声不大于60dB 12.功能： a、具有两通道单独或同时治疗的功能； b、具有手动模式下治疗参数的存储功能； c、具有设备治疗输出完毕后声音提示功能。
★	2	输出平衡调节最大范围：±50%；
★	3	吸附模式：连续、15次/min 20次/min 30次/min 4种模式连续可调；
★	4	治疗手动模式：①刺激持续时间2S、8S、12S、20S可调，允差±1S；②刺激间隔时间4S、10S、20S、30S可调，允差±1S；
★	5	治疗模式刺激强度上升时间：仅在模式4下和手动模式下，刺激强度上升时间为2S、4S、6S、8S、10S五档可调，允差±1S；
★	6	吸附压力10档可调，并有吸附压力指示灯显示；
★	7	最大输出电压120 Vp-p；
★	8	具有2、4、6电极单独输出功能；
★	9	功能：（1）具有手动模式下频率在设定范围内无序变化的功能；（2）具有输出强度患者感觉平衡的调节功能；（3）具有输出电流强度超限声音提示并停止输出功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表八：刨削动力系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.动力主机 （1）主机规格

①100VA、AC220V、50Hz；

②主机重量：2.8kg；

③显示屏尺寸：7英寸；

④显示屏：医用液晶显示屏，清晰醒目，全屏触控调节转速与模式。

（2）操作系统

①系统构架：内部采用模块化设计，故障率低，便于保养维护，有备份输出接口；

②工作模式：间歇加载，连续运行；

③输入信号调节：LCD提示、触屏、按键、脚踏、手柄按键；

④过载保护：在堵转的情况下停止输出，保护病人和主机；

⑤双模块插孔：单一模块损坏时可作为候选，提高设备使用寿命，维修便利；

⑥供电模式：外接电源供电；

⑦预置空载转速：500/2000/3000/4000/10000rpm；

⑧预置空载往复频率：50/80/100（次/min）；

⑨转速：性能强劲，最高每分钟10000转。

2 刨削动力手柄

（1）设计特性

①手柄重量：7075航空铝制成，310g轻便手柄，减轻术中疲劳感；

②快速拆装：内嵌弹簧卡扣，可快速安装或拆卸刀头；

③安全防护：带保护绳/旋钮盖帽/非工作时保护插件；

④额定输出转矩：110mN.m；

⑤一体化设计：连线 and 手柄一体化，增加密封性；

⑥电机：手柄内嵌微电机，高转低噪性能强劲；

⑦防水级别：不低于IPX7级进液防护；

⑧手柄电缆线：>2.5m。

2.使用特性

①刨削模式：按键匹配三种模式：正转/反转/往复转；

②手柄调节功能：三键式高速刨削手柄，在手柄上直接开关、调节速度与运转模式；

③高适配性：可提供并适配于多种特殊设计或材料的刀头，包括锥型刨刀、金刚砂磨头等；

④应用场景广泛：髌髌关节、肩/膝关节、小关节及脊柱外科刨削刀头于一把手柄；

⑤灭菌方式：支持高温高压灭菌。

3.脚踏开关

（1）脚踏规格

①尺寸大小约：310mm×160mm ×35mm；

②脚踏电缆线约：4.3m。

（2）设计特性

①防水级别：IPX8级进液防护，高度防水耐用；

②三种刨削模式：正转/反转/往复转。

		刨削动力系统配置清单（包括但不限于以下要求） <table><tr><td>系统名称</td><td>设备名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr><tr><td></td><td>动力主机</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td></td><td>手控手柄</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td></td><td>脚踏手柄</td><td>1</td><td>个</td></tr></table>				系统名称	设备名称	数量	单位		动力主机	1	个		手控手柄	1	个		脚踏手柄	1	个
系统名称	设备名称	数量	单位																		
	动力主机	1	个																		
	手控手柄	1	个																		
	脚踏手柄	1	个																		
▲	2	刨削动力系统 刨削动力手柄	设计特性：纳米涂层；耐高温耐磨；提升手柄耐用性；																		
★	3	刨削动力手柄 设计特性：一体式吸引通道：吸引通道>4.2 mm，高效抽吸、减少堵塞；流量可调可控。																			
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。																			

附表九：上肢综合训练系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.功能描述 上肢与认知整合训练系统是一款智能化的评估训练系统，为有上肢功能障碍的患者，提供上肢扭力评估和力量变化曲线及实时生物反馈，重复进行任务导向性的虚拟情景互动训练，增加肌力、肌耐力、关节活动度、手指灵敏度，重塑大脑神经通路，进而获得上肢功能重塑，回归日常生活。并可输出临床报告，对报告加以分析，方便医护人员对病人的恢复状况进行评估，制定治疗方案。 2.适用范围 本系统适用于神经系统引起的轻度感知障碍患者、脑血管意外引起的肢体功能障碍患者、骨科疾病引起的肢体异常障碍患者、整形手术导致的功能障碍患者等以上下肢肢体功能障碍为主的 患者，还可以运用于记忆力、注意力、手眼配合等有障碍的患者。 3.临床应用价值 (1)多功能的上肢远端主动训练，可为局限性使用上肢远端的病人提供功能性运动控制训练； (2)增强关节活动范围； (3)提高手指灵活度； (4)提高运动学习和控制能力； (5)提高触觉灵敏度； (6)提高运动速度； (7)增强日常生活基本活动能力。 5.技术参数 (1)丰富的上肢、手部等运动控制训练；扭力等肌力控制反馈训练，包含作业训练，手指精细训练，大关节活动训练，情景交互训练，虚拟现实训练，认知训练，记忆力训练，注意力训练等，具有多种组合变化； (2)单侧手的认知功能训练系统； (3)两上肢（双侧）控制能力和支持身体训练系统； (4)手腕关节弯曲旋转功能训练； (5)独特弹簧底座设计可以进行上肢平衡能力训练；； (6)1对多传感器连接，连接稳定；

		(7)4种测试模式，根据训练内容进行训练前的检测； (8)患者进展数据管理和训练结果显示； (9)软件具有评估与测试功能； (10)电动升降式可移动训练台。 6.技术参数 (1)规格约：100×80×65-95cm； (2)重量约： 60KG； (3)电动升降台高度调节范围： 65-95CM； 7.标准配置（包括但不限于以下要求） (1)电脑主机（含鼠标、键盘）-----1套； (2)移动式升降台-----1台； (3)传感器-----1套； (4)配件连接固定装置-----1套； (5)配件收集架-----2个； (6)Y型扶手-----1个； (7)型扶手-----1个； (8)水平扶手-----1个； (9)门把手-----1个； (10)方向盘扶手-----1个； (11)圆托盘-----1个； (12)开锁-----1个； (13)圆盘旋钮-----1个； (14)训练软件系统-----1套； (15)说明书-----1本； (16)合格证-----1份。
★	2	技术参数：通过目标导向性游戏训练模式模拟日常生活场景，进行针对性训练；
★	3	技术参数： 不少于50种训练模式可根据使用配件进行选择使用；
★	4	技术参数： 不少于8种日常生活技能再学习，包括但不限于双侧平衡能力、单侧平衡能力、开车能力、开锁能力、扭把手、开水龙头、手掌支撑能力、掀起物体能力等训练；
★	5	技术参数： 软件功能：患者输入，运动设置，训练报告；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十：（触摸屏款）体外冲击波治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.电源要求： AC220V,50Hz； 2.环境温度范围： 5℃～40℃； 3.相对湿度范围： 30%～80%； 4. 额定输入功率： 600VA；

- 5.主机尺寸约：480(长)×580(宽)×1100(高)mm;
- 6.治疗头6个：
 - (1)14mm 1个;
 - (2)15mm 1个;
 - (3)20mm 2个;
 - (4)6mm 1个;
 - (5)10mm 1个;
- 7.冲击频率：单次、3次/S、5次/S、10次/S;
- 8.冲击次数：1000次：2000次：3000次：连续;
- 9.冲击枪内传导子4套;
- 10.复位功能：按复位（reset）后，所有通道计数归零;
- 11.约10.4英寸真彩色高分辨率触摸屏设计，显示直观，操作简便;
- 12.内置治疗处方及人体治疗图示，提供专业治疗方案建议;
- 13.内置治疗前后3种VAS疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS;
- 14.双通道可同时输出治疗，互相独立，互不干扰;
- 15.每个通道可独立设定压力、独立进行VAS评估、独立选择治疗部位;
- 16.治疗界面、处方界面、待机界面可自由切换，方便实时监控治疗状态;
- 17.特有单次冲击模式;
- 18.治疗枪设计符合人体工程学，适合双手、左右手、可防止治疗枪滑落并具备压力减震功能，减少对操作人员手部的冲击力;
- 19.气压弹道式冲击波治疗仪;
- 20.核心部件：空气压缩机，动力强，静音设计；电磁阀、比例阀、油雾分离器，输出稳定性高；枪管、子弹体，理论上可以实现200万次冲击输出;
- 21.具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大;
- 22.采用油雾分离器对压缩空气多级过滤，确保进入比例阀和治疗枪的空气纯净，显著提高治疗枪的使用寿命，并且降低维护的工作量;
- 23.主机一键自动排水，方便维护;
- 24.治疗枪拆卸简便，客户可自行维护;
- 25.机身整体美观大气，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动，治疗枪控制手柄符合人体工学设计，轻巧便捷，治疗师操作简单;
- 26.通过第三方检验中心EMC（电磁兼容）检测合格，不会对使用环境中其他医疗设备造成电磁干扰，确保医院其他医疗设备的正常、稳定运行。同时对医院的电磁干扰具备良好的抗扰能力，可在规定的电磁环境中稳定、良好的运行，对本机的治疗效果提供良好的保证;
- 27.高性能微电脑控制系统，保证治疗过程各个环节的控制准确和实时;
- 28.多重安全冗余设计，最大限度的防止使用的误操作以保证治疗时的安全;
- 29.适用科室广（康复科、疼痛科、骨科等），操作简单，对医护人员要求低（对一名护士进行简单培训操作即可使用）;
- 30.治疗全过程纯绿色物理体外治疗，安全性高，对病人及医护人员无任何伤害;
- 31.体外冲击波治疗仪装箱单（包括但不限于以下要求）

		<table border="1"> <tr> <th>名称</th><th>数量</th><th>备注</th></tr> <tr> <td>主机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr> <td>治疗枪</td><td>2把</td><td></td></tr> <tr> <td>子弹管</td><td>4根</td><td>含治疗枪内的</td></tr> <tr> <td rowspan="5">治疗头</td><td rowspan="5">6个</td><td>φ20mm×2</td></tr> <tr> <td>φ15mm×1</td></tr> <tr> <td>φ14mm×1</td></tr> <tr> <td>φ10mm×1</td></tr> <tr> <td>φ6mm×1</td></tr> <tr> <td>空气压缩机</td><td>1台</td><td></td></tr> <tr> <td>电源线</td><td>1根</td><td></td></tr> <tr> <td>熔断器</td><td>4只</td><td>F5AL 250V, φ5×20mm</td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1本</td><td></td></tr> <tr> <td>合格证</td><td>1个</td><td></td></tr> <tr> <td>售后服务保修单</td><td>1张</td><td></td></tr> <tr> <td>安装培训记录单</td><td>1份</td><td></td></tr> </table>	名称	数量	备注	主机	1台		治疗枪	2把		子弹管	4根	含治疗枪内的	治疗头	6个	φ20mm×2	φ15mm×1	φ14mm×1	φ10mm×1	φ6mm×1	空气压缩机	1台		电源线	1根		熔断器	4只	F5AL 250V, φ5×20mm	使用说明书	1本		合格证	1个		售后服务保修单	1张		安装培训记录单	1份	
名称	数量	备注																																								
主机	1台																																									
治疗枪	2把																																									
子弹管	4根	含治疗枪内的																																								
治疗头	6个	φ20mm×2																																								
		φ15mm×1																																								
		φ14mm×1																																								
		φ10mm×1																																								
		φ6mm×1																																								
空气压缩机	1台																																									
电源线	1根																																									
熔断器	4只	F5AL 250V, φ5×20mm																																								
使用说明书	1本																																									
合格证	1个																																									
售后服务保修单	1张																																									
安装培训记录单	1份																																									
★	2	快速操作指南 1份 冲击能量密度: 0.40mj/mm ² 1份 公司证件及注册证 1份 压力范围: 0bar~6bar连续可调;																																								
★	3	粘钩和扎带各一只																																								
★	4	可储存治疗前后的VAS评估数据并自动生成VAS改善分值;																																								
★	5	可设定治疗枪头并在治疗输出时有动画提示功能;																																								
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。																																								

附表一十一：骨科电动液压外科手术牵引床

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.性能要求: 1.1适合骨科、泌尿外科、胸外科、肾脏外科等需要配合C型臂、X光机使用的科室; 1.2采用微电脑控制, 电动液压传动技术; 通过电磁兼容emc测试, 运行速度均匀、平稳; 1.3采用电动液压驱动, 手术台具有台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、纵向平移、背板折起功能。台面动作由5个独立液压缸液压驱动完成; 1.4手术台采用模块化设计, 由头板、大背板、小背板、座板和腿板组成, 其中大背板无金属结构; 1.5床体采用铝合金和304不锈钢相结合制成, 美观、坚固、抗冲击、防破损和耐腐蚀且使用更加轻便; 1.6 床垫: 采用分层特殊泡沫海绵芯制成, 可依照病人体温和体形重新自然塑型, 避免病人点受力, 有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用热合工艺, 密封性能好。具有 X 光可透, 导静电, 不漏液体,模块式, 可拆卸等特性; 1.7底座T型设计, 四周无凸出物且内缩式设计, 利于术者脚尖伸入, 让身体自然垂直手术, 减少术者疲劳。底盘高度≤100mm, 可以完全配合G臂机、X光机等使用; 1.8手术床具有极佳的移动性和转向性, 电动脚轮锁定系统保证手术时脚

	1	轮不接触地面，实现地面支撑（两点式支撑刹车方式比脚轮收起式刹车方式有更大的摩擦力）； 1.9手术台电源线连接、手控器电源线连接均需采用航空插头设计，防水、防脱落； 1.10手术台可实现头腿板互换功能，具有一键复位功能。腿板、头板采用气动弹簧调节； 1.11腿板可拆卸，可外展。腿板外展为齿牙咬合自动分离结构，旋转平稳无抖动； 1.12手术台采用PWM控制方式，具有缓停缓起功能，运行更加平稳； 1.13手术台内配有蓄电池及蓄电装置，可确保在AC电源中断时，可自动以备用电源供电继续进行手术，插上电源线后便自动充电，电源要求220V/50Hz； 1.14开放式U型框架结构，主体均为碳纤维材质，无遮挡透视通道； 1.15可与任何品牌的普通手术床进行拓展，达到普通手术台不具备的多种脊柱和下肢手术体位调整，可将普通手术台转换成专业的骨科手术床、脊柱手术床、影像手术的独有功能。脊柱手术体位架允许前、后、侧和术中倾斜，配合大多数影像设备科完成任意角度的成像； 1.16脊柱手术中的应用：开放式框架设计配合四点式定位支架或拱形俯卧位支架，应用脊柱手术时减少患者腔静脉压缩，尽量减少硬膜外静脉出血；提高手术部位的可视化； 1.17一次性乳胶俯卧位头枕，能有效的对俯卧位患者的头部和眼睛进行保护，支持监测患者麻醉时面部状态，同时支持高度和角度的调节； 1.18骨科牵引架采用悬挂式结构，牵引架高度可随意调整，定位可靠，可与多种手术台组合使用。不用时可将牵引架取下放置于专用推车； 1.19坐板必须为碳纤维，髋关节全透视，座板配有三位插孔，可以更换会阴立柱的位置，满足不同体态患者的透视需求，需配有仰卧位、侧卧位档柱，使病人达到最佳手术体位； 1.20适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射； 1.21悬空式设计，可作专业性骨科手术,稳定可靠，操作方便，可满足高需求的骨科下肢手术:胫骨腓骨牵引手术、股骨骨折骨钉手术、X光透视全髋关节置换手术、髋股关节手术、股骨髓内钉手术、膝盖手术、脊髓造影体位、小儿股骨骨折的牵引、肱骨不稳定性骨折的牵引、成人下肢骨骼牵引的辅助牵引等； 1.22碳纤维牵引架牵引臂可以连接截石位腿架，用于安放健肢； 1.23该牵引架在做髋部C臂透视时要做到无死角，髋部下方无金属物阻挡，可直接透光； 2.技术参数 2.1床面长度$\geq 2000\text{mm}$； 2.2床面宽度$\geq 530\text{mm}$； 2.3升降高度$\geq 680\text{mm}-980\text{mm}$； 2.4前/后倾斜$\geq 30^\circ$； 2.5左/右倾斜$\geq 20^\circ$； 2.6手动头板上/下调节$\geq 50^\circ/90^\circ$； 2.7脚板上/下调节$\geq 50^\circ/90^\circ$； 2.8脚板水平方向$\geq 90^\circ$； 2.9床面纵向平移（向头部）$\geq 300\text{mm}$； 2.10牵引架标准全长：$\geq 1200\text{mm}$（手动调整）； 2.11调节全长：$\geq 1750\text{mm}$（手动调整）； 2.12底架长$\geq 800\text{mm}$； 2.13牵引距离：$\geq 200\text{mm}$（手动调节） 2.14两臂夹角:0-180mm（手动调整）； 2.15腿托架转角：万向（手动调节） 3.产品配置要求（包括但不限于以下要求）：(1)床垫1套；(2)手按控制器 1只；(3)卡腰架 2件；(4)卡肩件 2件；(5)手臂板 2件；(6)托腿架 2件；(7)麻醉屏架 1件；(8)承合器 2件；(9)固定器 3件；(10)移动边轨2件；(11)器械小车 1台；(12)脊柱手术体位架 1套；(13)主支架 2件；(14)挂板 1件；(15)牵引架脚架支架 2件；(16)侧卧挡柱 1件；(17)牵引架鞋皮套 1件；(18)座板 1件；(19)仰卧挡柱 1件；(20)小腿架组 2件；(21)滑块 2件；(22)支撑柱 2件；(23)移动小车 1套。
▲	2	售后服务要求：在中国大陆境内有24小时服务电话；
▲	3	性能要求：液压系统主要部位均采用品牌，整体噪音低， $\leq 60\text{dB}$ ；

▲	4	性能要求：台面板采用透光能投射X光射线板材,满足 3D 及骨科导航系统 360 °的 X 光拍摄需求；
▲	5	性能要求：梯形碳纤维管架体：相较于矩形碳纤维管，优化了成像效果，消除了上下成像时，矩形管立面所产生的阴影线；
▲	6	性能要求：具有双关节（大、小臂为碳纤维可透视材质），可以完成不同的角度调节，以达到不同手术的定位需求；
▲	7	性能要求：牵引架主体是由易清洁表面平滑的合金铝及可透视碳素纤维材质制成，配件由304不锈钢材质制成；
▲	8	性能要求：碳纤维牵引架可以完成膝关节置换手术，需提供体位摆放证明图片；
▲	9	技术参数：背板上/下调节 $\geq 75^{\circ}/40^{\circ}$ 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州宜立工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指陆丰市中医医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 2 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本2份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：乙方按照有关规定向中标（成交）供应商收取招标代理费。招标代理费以采购预算金额为基准，按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算，不足8000元的，按8000元收取。采购预算金额（万元）费率 100以下：1.5% 100-500：1.3% 500-1000：1.2% 1000-5000：1.0%
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	融资政策，有融资要求的中标人可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
19	开标解密时长	具体情况根据开标(开启)时现场代理机构人员设置为准。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，以合同分包形式预留，预留比例：40.0%。

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体

各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4 获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州宜立工程管理有限公司代收。具

体操作要求详见广州宜立工程管理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广州宜立工程管理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广州宜立工程管理有限公司，到账情况以开标时广州宜立工程管理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广州宜立工程管理有限公司官网(<http://www.gzyzbdl.com>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放

弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州宜立工程管理有限公司官网(<http://www.gzylzbd.com>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：冯先生

电话：020-83176899

传真：020-83176263

邮箱：gzylzb@163.com

地址：广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦18楼

邮编：510031

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：陆丰市财政局政府采购管理股

地 址：陆丰市东海镇行政新区长安路北3号财政局大院4楼404室

电 话：0660-8883898

邮 编：516500

传 真：/

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购))：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州宜立工程管理有限公司统一对外发布。

（2）对广州宜立工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

- （1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：
- 在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
- 提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。
- （2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。
- 说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
- （3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	参照投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）。

6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。或提供《政府采购供应商信用承诺函》（文件格式详见附件信息《政府采购供应商信用承诺函》）
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	特定资格要求	《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规的相关规定的相关要求： 1)投标人为生产企业：提供所投设备的食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件； 2)投标人为非生产企业：提供所投设备的食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》扫描件； 3)提供所投设备的食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》或备案证明扫描件。
9	特定资格要求	本项目不允许采购进口产品，不接受联合体投标。
10	本采购包专门面向中小企业采购	要求合同分包给中小企业，且分包中中小企业达到 40.0% 。本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物和服务由符合政策要求的中小企业提供预留份额通过以下措施进行，投标人（投标人的企业规模以投标人所投货物或服务制造商的企业规模来核定）可选择以下其中一种方式参与： ①投标人不属于中小企业的，必须将本项目适宜分包内容（分包部分不低于合同金额的 40% ）分包给一家或者多家具备实施能力的中小企业； ②投标人属于中小企业的，是否采取分包不作强制要求； 注：提供上述比例全部货物和服务的制造商的《中小企业声明函》或由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的上述比例的制造商属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。如投标人不属于中小企业的，还需提供承诺函（承诺函格式可参考附件或格式自拟）。

表二符合性审查表：

采购包1（陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标函	按招标文件提供的格式文件填写、签署、盖章。
2	法定代表人证明书或授权委托书	按招标文件提供的格式文件签署、盖章。
3	报价要求	1.投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超出采购预算或最高限价。2.投标报价无错漏项或有错漏项但被评标委员会认可。3.招标文件不接受提交备用方案。
4	投标有效期	满足招标文件要求。
5	采购需求“★”条款响应程度	满足招标文件要求。
6	其他	未出现法律、法规、规章和招标文件规定的其他投标无效情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	所投产品对采购需求带▲号的重要技术参数响应情况 (15.0分)	根据投标人所投产品对采购需求中带▲号的15条重要技术参数响应情况进行评审，每满足一项得1分，本项最高得15分； 注：如采购需求有要求提供具体证明材料的，需按采购需求要求提供；如采购需求无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离或不满足，则不得分。
	所投货物技术参数及性能与技术规格要求响应情况 (5.0分)	所投产品技术参数全部满足采购需求书中非▲号及非★号的一般技术参数的，得5分；有1-5（含）项不满足（负偏离或不响应）得3分，6-10（含）项不满足（负偏离或不响应）得1分，11项以上不满足（负偏离或不响应）得0分。 注：如采购需求有要求提供具体证明材料的，需按采购需求要求提供；如采购需求无明确要求提供的证明材料，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。
	项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 6.0; 10.0; ）	根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于具体实施、包装方案、运输方案等）的完整性和科学性进行评分： 1）方案完整，科学可行的得10分； 2）方案基本完整，基本可行得6分； 3）方案较简略，具有一定的可行性得2分； 4）其他情况或无相关说明不得分。
	供货服务方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 6.0; 10.0; ）	根据投标人提供的供货服务方案（含供货时间安排、供货流程、使用环节指导及培训方案等）进行综合评审： 1）投标人提供的供货服务方案详细具体，时间安排合理，具有针对性的，得10分； 2）投标人提供的供货服务方案较详细具体，时间安排较合理，比较具有针对性的，得6分； 3）投标人提供的供货服务方案基本完善的，具有一定合理性的得2分； 4）其他情况或无相关说明不得分。

	质量保证、维护、售后服务方案 (10.0分)，（等次分值选择： 0.0; 2.0; 6.0; 10.0; ）	根据投标人提供的质量保证、维护、售后服务方案（包括但不限于应急响应、质量保证及售后服务等）是否具体完善，服务计划详尽，承诺可靠、具体进行评审： 1）质量保证、维护、售后服务方案清晰具体完善，服务计划周详，承诺具体且可靠，能为采购人提供全面保障的得10分； 2）质量保证、维护、售后服务方案较具体完善，服务计划较周详，承诺可靠，能为采购人提供一定保障的得6分； 3）质量保证、维护、售后服务方案基本完善，服务计划基本周详，承诺较可靠，基本能为采购人提供保障的得2分； 4）其他情况或无相关说明不得分。
商务部分	管理体系认证证书 (6.0分)	1）投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书； 2）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书； 3）投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书； 投标人每提供 1个得2分，最高得6分，不提供不得分。 （须同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）查询结果为有效的查询截图，不提供不得分）
	项目经验业绩 (14.0分)	自2018年1月1日至投标截止日前，投标人承接过同类项目业绩案例，每提供一个业绩得2分，本项最高得14分。注：提供合同关键页或中标通知书扫描件及验收报告（加盖甲方公章），同一个客户不重复计分，提供证明文件不清晰导致专家无法认定或未提供证明文件不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，根据综合评审情况，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人名单。综合得分最高的投标人为第一中标候选人供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选人供应商，以此类推。综合得分相同的优先排列顺序如下：1）投标报价低者；2)技术得分高者；3)商务得分高者。综合评分相同，且评标价和商务、技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

合同编号：_____

采购合同

项目名称：陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)

项目编号：GZYL23HG072385

甲 方：陆丰市中医医院

乙 方：（中标供应商名称）

签订地点：

签订日期：

注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：**陆丰市中医医院**

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方：

电 话： 传 真： 地 址：

合同性质：本合同为中小企业预留合同

根据 陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)（项目编号：**GZYL23HG072385**）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1	低温等离子体多功能手术系统					
2	深层肌肉按摩仪					
3	关节康复器（上下肢主被动）					
4	多功能关节康复器（下肢反馈康复训练系统）					
5	空气压力循环治疗仪					
6	多功能牵引床（四维牵引）					
7	立体动态干扰电治疗仪					
8	刨削动力系统					
9	上肢综合训练系统					
10	（触摸屏款）体外冲击波治疗仪					
11	骨科电动液压外科手术牵引床					
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为¥_____元（大写：人民币_____元）。合同价应包括但不限于供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输费用及保险、调试、培训、质保期服务、售后服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

三、设备要求

- 1.乙方应提供制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
- 2.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量及性能应与投标文件中响应情况一致。
- 3.设备外观清洁，标记编号清晰、明确。
- 4.对于影响设备正常工作的必须组成部分，无论在技术需求中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出。
- 5.乙方投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），应按原价提供满足甲方使用的设备，否则按违约处理。
- 6.在本合同实施之前，乙方必须以书面形式提供本项目的设计实施方案，并经双方讨论确认方案。甲方不安排、不解决乙方实施人员的食宿问题，由乙方自行负责，费用已包含在合同价内。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 1.交货期：自合同签订后90天完成项目安装调试及验收。
- 2.交货地点：甲方（用户）指定地点。（具体以签订合同为准）

五、付款方式

- 1.合同签订后5个工作日内支付合同金额的30%作为预付款，同时中标人应提供有效等额的发票给采购人；
- 2.设备安装、调试及验收合格后，中标人提供有效的等额发票后15内支付剩余的合同金额。
- 3.因采购人使用的是财政资金，采购人在规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

六、供货要求

货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等，货物使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

七、包装、保险及发运、保管要求

- 1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
- 2.乙方负责设备材料到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
- 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- 4.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
- 2.货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- 6.设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

六、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收标准与要求:

- 1.乙方在设备安装调试完成后提出验收申请，甲方在收到乙方提出的验收申请后7日内组织履约验收。
- 2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
- 3.验收工作由甲方组织。乙方负责安装、调试货物并使之达到合同要求。
- 4.“验收合格”是指：
 - （1）中标设备必须达到生产厂家的性能指标、满足采购需求要求及投标文件响应的情况；
 - （2）已提交合同货物的有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术资料（包括说明书、图纸、手册）等。如果乙方没有按

以上要求，把所有资料交给甲方，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方把所有资料交给甲方。

5.如果中标设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证中标设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地市场监督管理部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担

十、质保期及售后服务要求

1.质量保证期一年（简称“质保期”），质保期内乙方对所供货物实行包修及包维护保养。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.质保期内，按产品出厂规定内容进行保质保修，否则提供不低于故障设备性能的备用机供甲方使用。

十一、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十三、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其他

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式__份，甲方执__份，乙方执__份。

甲方（盖章）：
代表：_____
地址：
电话：
传真：
日期： 年 月 日

乙方（盖章）：
代表：_____
地址：
电话：
传真：
日期： 年 月 日
收款方、开票方须与乙方一致，专户为：
开户名称：
银行账号：
开 户 行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**441581-2023-02995**

采购项目编号：**GZYL23HG072385**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广州宜立工程管理有限公司

你方组织的“陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)”项目的招标[采购项目编号为：GZYL23HG072385]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广州宜立工程管理有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)”项目采购[采购项目编号为GZYL23HG072385]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：陆丰市中医医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

- 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：_____（盖章）_____，乙公司全称：_____（盖章）_____，.....公司全称：_____（盖章）_____，

_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广州宜立工程管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)招标中获中标（采购项目编号：GZYL23HG072385），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州宜立工程管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广州宜立工程管理有限公司

我单位已登记并准备参与“陆丰市中医医院“两专科一中心”建设项目(医疗设备采购)”项目（采购项目编号：GZYL23HG072385）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年__月__日,向提出质疑, 质疑事项为: _____

采购人/代理机构于 ____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2: _____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章 _____

日期: ____年__月__日

投诉书制作说明:

- 1.投诉人提起投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的, 投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日